

『名古屋えきさい会病院式 ロボット支援鼠径部ヘルニア修復術』正誤表

『名古屋えきさい会病院式 ロボット支援鼠径部ヘルニア修復術』（2025年11月 第1版第1刷）に誤りがありました。
ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2025年11月26日 メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
p.13	本文 上から3行目	ラパロではこのICを"衝立の膜"と表現していたと考えている。	TEP ではこのICを"衝立の膜"と表現していたと考えている。
p.32	本文 上から6行目	環状切開法は30° カメラのみでしか施行できない	環状切開法は 0° カメラでは施行しにくい
p.38	本文 上から1行目	カメラポート 部にVersaOne™オプティカルトロカー5mmロング～	カメラポート 部にVersaOne™オプティカルトロカー5mm スタンダード ～
p.40	本文 下から4行目	5mm硬性鏡カメラにオプティカルトロカー5mmロングを装着して～	5mm硬性鏡カメラにオプティカルトロカー5mm スタンダード を装着して～
p.45	本文 下から4行目	～カメラポートとして利用していたオプティカルトロカー5mmロングを抜いて、～	～カメラポートとして利用していたオプティカルトロカー5mm スタンダード を抜いて、～
p.49	本文 上から3行目	～リモートセンターを合わせた後に3番ポートからカメラを抜いて、～	～リモートセンターを合わせた後に 1 番ポートからカメラを抜いて、～
p.74	左イラスト		精索はヘルニア嚢の下でオレンジ色で示した部分を指します
p.74, 82, 87, 97	イラスト	ヘルニア嚢の下でオレンジ色で示した部分（精索），中央部にある 丸印を削除	
p.111	左イラスト		
p.140	本文 下から10行目	①臍切開して5mmフレキシブルカメラで腹腔内を観察し、～	①臍切開して5mm 硬性鏡0° 直視 カメラで腹腔内を観察し、～